



СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
ОНКОЛОГИЯ-ЕАД

София 1756, ул. „Пловдивско поле“ № 6

Тел: 02 807 61 00, Факс 02 872 06 51, <http://www.sbaloncology.bg>

РЕШЕНИЕ

3-141 / 08.05.2015 г.
№.....: 2015 г.

Долуподписаният д-р Валентин Ангелов, в качеството на Изпълнителен Директор на „СБАЛ по онкология“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, ул. „Пловдивско поле“ № 6, на основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Протоколи № 1, 2 и 3, предадени на възложителя на 04.05.2015 г. от дейността на Комисията назначена със Заповед № 3-78 от 24.02.2015 г. на изпълнителния директор на „СБАЛ по онкология“ ЕАД, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати по 11 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Анестезиологичен апарат DATEX-ONMEDA-AESPIRE с мониторна система DASH5000 и газов модул GE RAC2A, Обособена позиция № 2 Респиратор VIASYS-VELA, Обособена позиция № 3 Мамограф VILLA SISTEMI MEDICALI – MELODY, Обособена позиция № 4 Активиметър IBA DOSIMETRY, Обособена позиция № 5 Хибридна СПЕКТ/СТ система SIEMENS-SYMBIA T16, Обособена позиция № 6 Специализиран принтер CARESTREAM-DRY VIEW CHROMA IMAGER, Обособена позиция № 7 Сух цветен принтер „AGFA DRYSTAR“ 2000, Обособена позиция № 8 Кръвно-газов анализатор SIEMENS RAPID POINT500, Обособена позиция № 9 Биохимичен автоанализатор Хитачи 902, Обособена позиция № 10 Хематологичен автоанализатор MEDONIC, Обособена позиция № 11 Биохимичен автоанализатор COBAS INTEGRA 400”, открита с Решение 18-00-43 от 28.01.2015 г. на Възложителя, Обявление публикувано под номер 2015/S 022-036356 от 28.01.2015 г. в Официалния вестник на ЕС

I. ОБЯВЯВАМ


Класирането на участниците съгласно обявения критерий за оценка „Най-ниска цена“ в следния ред:

ОП 1- АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ DATEX-ONMEDA-AESPIRE с мониторна система DASH5000 и газов модул GE RAC2A или еквивалент – 1 бр.

Участник	Единична цена за абонамент на месец без ДДС	Обща цена за абонамент на месец без ДДС	Класиране
„Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД	110 лв.	110 лв.	1-во място

ОП 2- РЕСПИРАТОР VIASYS-VELA или еквивалент – 2 бр.

Участник	Единична цена за абонамент на месец без ДДС	Обща цена за абонамент на месец без ДДС	Класиране
„Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД	90 лв.	180 лв.	1-во място



ОП 4 - АКТИВИМЕТЪР IBA DOSIMETRY или еквивалент – 1 бр.

Участник	Единична цена за абонамент на месец без ДДС	Обща цена за абонамент на месец без ДДС	Класиране
„Феромед 97” ЕООД	250 лв.	250 лв.	1-во място

ОП 5 - ХИБРИДНА СПРЕСТ/СТ СИСТЕМА SIEMENS-SYMBIA T16 или еквивалент – 1 бр.

Участник	Единична цена за абонамент на месец без ДДС	Обща цена за абонамент на месец без ДДС	Класиране
„СИМЕНС” ЕООД	12 954,00лв.	12 954,00лв.	1-во място

ОП 6 - СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИНТЕР CARESTREAM-DRY VIEW CHROMA IMAGER или еквивалент – 1 бр.

Участник	Единична цена за абонамент на месец без ДДС	Обща цена за абонамент на месец без ДДС	Класиране
ЕТ „АЛБА ТМ – Александър Ацев”	200 лв.	240 лв.	1-во място

ОП 8 - КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР SIEMENS RAPID POINT500 или еквивалент – 1 бр.

Участник	Единична цена за абонамент на месец без ДДС	Обща цена за абонамент на месец без ДДС	Класиране
„Марвена Диагностика” ООД	850лв.	850лв.	1-во място

ОП 9 - БИОХИМИЧЕН АВТОАНАЛИЗАТОР ХИТАЧИ 902 или еквивалент – 1 бр.

Участник	Единична цена за абонамент на месец без ДДС	Обща цена за абонамент на месец без ДДС	Класиране
„Марвена Диагностика” ООД	1 500лв.	1 500 лв.	1-во място

ОП 10 - ХЕМАТОЛОГИЧЕН АВТОАНАЛИЗАТОР MEDONIC или еквивалент – 2 бр.

Участник	Единична цена за абонамент на месец без ДДС	Обща цена за абонамент на месец без ДДС	Класиране
„Медицинска Техника Инженеринг” ООД	100 лв.	200 лв.	1-во място

ОП 11 - БИОХИМИЧЕН АВТОАНАЛИЗАТОР SOVAS INTEGRA 400 или еквивалент – 1 бр.

Участник	Единична цена за абонамент на месец без ДДС	Обща цена за абонамент на месец без ДДС	Класиране
„Марвена Диагностика” ООД	1 500 лв.	1 500лв.	1-во място

И

II. ОПРЕДЕЛЯМ

За изпълнител на обществената поръчка класираните на първо място участници по всяка обособена позиция.



III. ОТСТРАНЯВАМ

1. На основание чл. 73, ал. 2, във вр. с чл. чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП отстранявам „Велмекс“ ЕООД по обособена позиция № 3 и 7 от Техническата спецификация тъй като участникът не разполага с 2-ма служителя на трудов или граждански договор, които да са сертифицирани инженери за абонаментно сервизно обслужване на медицинската апаратура. Това противоречи на изискването на обявлението, раздел III.2.3 „Технически възможности”, т. 2 и на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Раздел V. Изисквания и доказателства за техническите възможности и квалификация на участниците в обществената поръчка, т.11.1.2. С допълнение вх. № 10-00-373 от 14.04.2015г участникът е представил следните документи: Списък (съгласно образца – Приложение № 11) на лицата за осигуряване на изискванията по т. 11.1.2. Списъкът следва да съдържа имената, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудова, гражданско, друго) като изрично в графата „Сертификати за проведено обучение при производителя на сервизните инженери, сертифицирани за сервиз на предлаганата апаратура/ № на сертификат” е посочено за следните сервизните инженери инж. Петър Тумбев; Цветко Спасов; Божан Обретенков и инж. Веселин Павлов, че същите нямат сертификати за проведено обучение при производителя на сервизните инженери, сертифицирани за сервиз на предлаганата апаратура. Изрично в Раздел V.Изисквания и доказателства за техническите възможности и квалификация на участниците в обществената поръчка, т.11.1.2. е посочено следното минимално изискване за технически възможности и квалификация на участник в процедурата, а именно, че участникът следва да разполага със следния екип: т.11.1.2.1.минимум 2-ма служителя на трудов или граждански договор, които да са сертифицирани инженери за абонаментно сервизно обслужване на медицинската апаратура. Посочено е на следващо място, че за доказване на техническите възможности и квалификация, участниците следва да представят следните документи:

11.2.1. списък (съгласно образца – Приложение № 10) на услугите за ремонтни дейности, сходни с предмета на обществената поръчка, придружен от удостоверение/я /референция/и/, издадени от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

Към списъка се описват сертификати за проведено обучение, за сервиз на конкретния апарат при производителя на сервизните инженери, и лица с правоспособност за работа с ИЙЛ на – минимум 4 (четири) лица, извършващи сервизна поддръжка, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности на апаратурата, представляваща източник на йонизиращи лъчения. За обособени позиции 3 и 5.

11.2.2. списък (съгласно образца – Приложение № 11) на лицата за осигуряване на изискванията по т. 11.1.2. Списъкът следва да съдържа имената, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудова, гражданско, друго);

Минималните изисквания и документите за доказването им са посочени и в обявлението, раздел III.2.3 „Технически възможности”.

2. На основание чл. 73, ал. 2, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП отстранявам „Ренгенова апаратура“ ЕООД по обособена позиция 3 от Техническата спецификация, тъй като участникът не е представил в законово определения срок по чл. 68, ал.9 от ЗОП, поисканите с Протокол № 1 и писмо изх.№10-00-113/03.04.2015г. и получено от участника 06.04.2015г. допълнителни документи - Декларация свободен текст за гаранционният срок на апарата при вложена резервна част - Гаранционният срок на вложена резервна част да не е по-малък от 6 (шест) месеца, дори когато са доставени в края на договорния период и Списък (съгласно образца – Приложение № 11) на лицата за осигуряване на изискванията по т. 11.1.2. Списъкът следва да съдържа имената, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудова, гражданско, друго) съгласно изискването на обявлението, раздел III.2.3 „Технически възможности”, т. 2. Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя съгласно изискването на обявлението, раздел III.2 „Условия за участие”, предл. 17 „Декларация свободен текст за гаранционният срок на апарата при вложена резервна част - Гаранционният срок на вложена резервна част да не е по-малък от 6 (шест) месеца, дори когато са доставени в края на договорния

период” и изпълнено изискването на обявлението, раздел III.2.3 „Технически възможности”, т. 2 „Списък (съгласно образеца – Приложение № 11) на лицата за осигуряване на изискванията по т. 11.1.2. Списъкът следва да съдържа имената, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго)”.

3. На основание чл. 73, ал. 2, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП отстранявам „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ” ЕООД по обособена позиция № 6 от Техническата спецификация тъй като участникът не е представил в законово определения срок по чл. 68, ал.9 от ЗОП, поисканите с Протокол № 1 и писмо изх.№10-00-113/03.04.2015г. и получено от участника 06.04.2015г. допълнителни документи - Списък (съгласно образеца – Приложение № 11) на лицата за осигуряване на изискванията по т. 11.1.2. Списъкът следва да съдържа имената, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго) съгласно изискването на обявлението, раздел III.2.3 „Технически възможности”, т. 2. и Трудово-биографични справки на ключовите специалисти (съгласно образец – Приложение 11.1.). Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя съгласно изискването на обявлението раздел III.2.3 „Технически възможности”, т. 2 „Списък (съгласно образеца – Приложение № 11) на лицата за осигуряване на изискванията по т. 11.1.2. Списъкът следва да съдържа имената, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго)” и изискванията на обявлението , раздел III.2.3 „Технически възможности”, т. 2, „Трудово-биографични справки на ключовите специалисти (съгласно образец – Приложение 11.1.)”.

IV. ПРЕКРАТЯВАМ

1. На основание, чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП, обществената поръчка в частта по обособени позиции № 3- МАМОГРАФ VILLA SISTEMI MEDICALI – MELODY или еквивалент – 1 бр. И № 7 СУХ ЦВЕТЕН ПРИНТЕР “ AGFA DRYSTAR” 2000 или еквивалент – 1 бр., да бъде прекратена поради отстраняване на оферти на участниците на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, които не отговарят на предварително обявените условия на възложителя, съгласно изискването на обявлението и документацията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 120 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

Д-Р ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ

Изпълнителен директор на „СБАЛ по онкология” ЕАД



Съгласувал:

Кр. Витанов, ръководител, отдел „ПОП”

Изготвил:

Цветоялба Васева – юристконсулт