



# СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ-ЕАД

София 1756, ул. „Пловдивско поле“ № 6

Тел: 807 61 00, Факс 872 06 51, <http://www.sbaloncology.bg>

## ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗЯСНЕНИЕ

Специализирана болница  
за активно лечение по онкология  
№ 1106 #1  
28.12.2015 г.  
София

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ ЗА НУЖДИТЕ НА НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ”ЕАД по 267 обособени позиции**”, открита с Решение № 3-404 от 16.12.2015 г. на основание чл. 29 от ЗОП давам следното разяснение:

След запознаване с Документация за участие в процедурата и по-конкретно с приложението Техническо предложение, бихме искали да получим следните уточнения:

### Въпрос:

За обособени позиции 245 - Кабели трижилни за ЕКГ за монитор Mindray и 246 - Кабели трижилни за ЕКГ за монитор Nihon kohden, моля да уточните конкретните модели на мониторите и вида на кабелите – делими или цели, както и други конкретни изисквания.

### Отговор:

За обособени позиции 245 - Кабели трижилни за ЕКГ за монитор Mindray и 246 - Кабели трижилни за ЕКГ за монитор Nihon kohden, конкретните модели са както следва:

- монитор Mindray – PM -7000;
- монитор Nihon kohden – BSM-2353K;

### Въпрос:

За обособени позиции 49 - Сензор за пулсоксиметрия за монитор Mindray и 50 - Сензор за пулсоксиметрия за монитор Nihon kohden моля да поясните вида на сензорите – тип щипки, предназначение – за възрастен или за дете и други конкретни изисквания.

### Отговор:

Възложителят не е поставил изисквания относно цитираните изделия, като следва да бъде направено уточнението, че пациенти на „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ”ЕАД са лица над 18 годишна възраст с онкологични заболявания.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**  
**/Д-Р ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ/**

