„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ" ЕАД

"УСБАЛ по онкология" ЕАД

София 1756, ул. „Пловдивско поле" № 6

Тел: 02 807 62 99, Факс 02 872 06 51, www.sbaloncology.bg

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология
№ 10-00-131 / 14-03 20 19 г.
София

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ. 33, АЛ. 2 ОТ ЗОП

В "УСБАЛО" ЕАД е постъпило искане по смисъла чл. 33, ал. 1 от ЗОП, във връзка с открита процедура на възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на ПЕТ-КТ и допълнитерна апаратура за нуждите на УСБАЛО ЕАД", с № 00546-2019-0002 в РОП на Агенция по обществени поръчки, относно **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2.**

Въпрос № 1: *„В спецификацията по Обособена Позиция № 2 има изискване «апарата да може да работи с различни радиофармацевтици за диагностика и терапия». От друга страна Възложителят твърди, че целта на обществената поръчка в тази и част е «доставка и монтаж на необходимата към ПЕТ-КТ допълнителна апаратура». Доколкото ПЕТ-КТ изследванията са диагностична процедура, молим да укажете какви радиофармацевтици за терапия Възложителят предполага да използва с оборудването за ПЕТ-КТ, описано в Обособена позиция №1"*?

Отговор на въпрос № 1: Възложителят, в образеца на Образец № 3Б от Приложение № 2 към документацията за участие, е поставил изискването участниците да изброят радиофармацевтиците за диагностика и терапия, с които предлаганата от участника в процедурата по възлагане на обществената поръчка медицинската апаратура работи. Възложителят не предполага какви радиофармацевтици за терапия ще използва с ПЕТ-КТ, предмет на доставка в Обособена позиция № 1, но е поставил пред участниците изискването медицинската апаратура да има възможност да работи с радиофармацевтици, както за диагностика, така и терапия.

Въпрос № 2: *„В Раздел V от документацията, точка 5.2., параметър К2.1 гласи: «Наличието на светлинен датчик, показващ общото състояние на системата, чрез различни цветови сигнали получава 15 точки». Молим да разясните необходимостта от такъв «датчик» от гледна точка на функционирането и нормалната експлоатация на «диспенсър с ижектор»! Това ще позволи на потенциалните участници да осъзнаят задачите, които се решават с това устройство, съответно - да предложат технически решения, отговарящи на степента на важност за Възложителя, който оценява наличието на такъв датчик с тежест, повече от 20% от тежестта на цената на оборудването"*?

Отговор на въпрос № 2: Възложителят приема, че необходимостта от такъв датчик е свързана избягване на вероятност от инцидентното разходване на скъпоструващото контрастно вещество (радиофармацевтик), както и с това, в случай на

възникване на евентуален технически проблем, такъв датчик бързо и своевременно би известил персонала. Възложителят не оценява наличието на такъв датчик с тежест, повече от 20 % от тежестта на цената на оборудването. Съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите за обособена позиция № 2 и относителната тежест на показателите в нея (посочени в раздел V, т. 5 от документацията за участие), наличието на светлинен датчик, показващ общото състояние на системата, чрез различни цветови сигнали, получава 15 точки и е един от подпоказателите на показател Технически характеристики (К2), който от своя страна получава максимален възможен брой точки от комплексната оценка на офертите по тази обособена позиция, равен на 30 точки. При липса на такъв датчик в медицинската апаратура, която участника предлага, последният няма да бъде отстранен от процедурата, а ще получи 1 точка по този подпоказател.

.....

Заличаването на подписа е на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.